

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2026-03-23

Innehållsansvar: Helena Ekdahl, (helbe13), Uroterapeut

Giltig till: 2028-03-23

Granskad av: Helena Ekdahl, (helbe13), Uroterapeut

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Kateter i urinvägarna – spolning

Förändringar sedan föregående version

Ny innehållsansvarig; Helena Ekdahl. Ny innehållsgranskare: Josefin Nordenström.

Bakgrund och syfte

Rutinen syftar till att beskriva proceduren spolning av kateter i urinvägarna.

Arbetsbeskrivning

Tillvägagångssätt

Vid problem (efter läkarordination):

- Uretärkateter spolas med 1 – 2 ml natriumklorid
- Njurbäckenkateter spolas med 1 - 2 ml natriumklorid
- Transurethral kateter via urinrör spolas med 5-10 ml natriumklorid (kan upprepas)
- Suprapubisk kateter spolas med 5 – 10 ml natriumklorid.

Spola frekvent efter behov. Grundregel är att det du spolar in ska rinna ut passivt. Om det som spolas in inte kommer ut, försök att aspirera.

Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom Verksamhetsområde Kirurgi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, SU/Östra.

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Helena Ekdahl, uroterapeut, Urinvägsmottagning barn, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsansvarig.

Josefin Nordenström, överläkare, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsgranskare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Innehållsansvar: Helena Ekdahl, (helbe13), Uroterapeut

Granskad av: Helena Ekdahl, (helbe13), Uroterapeut

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-390

Version: 12.0

Giltig från: 2026-03-23

Giltig till: 2028-03-23