

Gäller för: Verksamhet AnOplva neonatal barn

Giltig från: 2025-09-19

Innehållsansvar: Cornelia Ottosson, (corot), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-09-19

Granskad av: Margrét Johansson Gudjonsdottir, (margu145), Sektionschef

Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Kontroll av neonatal barnutrustning på förlossning och BB

Förändringar sedan föregående version

Syfte

Rutinen avser att klargöra vilken neonatalavdelning som ansvarar för barnutrustningen på de olika förlossningsavdelningarna.

Utförande

Rutinen innebär att alla akutbyråer och återupplivningsbord skall vara utrustade enligt lista i akutbyrå och på återupplivningsbordet. Detta skall kontrolleras varje arbetspass.

Förlossnings-SSK som bär telefon 39308 ansvarar tillsammans med förlossnings-USK för att återupplivningsbord och akutbyrå är utrustad enligt lista på barnrummet på förlossningen avd 308 och BB avd 310. I händelse av att återupplivningsbord finns i paviljong 20, plan 1, skall även detta kontrolleras och cirkuleras regelbundet för laddning av X3:a.

Förlossnings-SSK som bär telefon 35713 ansvarar tillsammans med förlossnings-USK för att återupplivningsbord och akutbyrå är utrustad enligt lista på barnrummet på förlossningsavdelningarna 314 och 312 samt på operation plan 5, sal 1, 3 och 4.

Avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Arbetsgrupp

Anna Hamrin, Barnsjuksköterska, Neonatalavdelning Östra
Cornelia Ottosson, Vårdenhetschef, Neonatal Intensivvård

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet AnOpIva neonatal barn

Innehållsansvar: Cornelia Ottosson, (corot), Vårdenhetschef

Granskad av: Margrét Johansson Gudjonsdottir, (margu145),
Sektionschef

Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-53

Version: 13.0

Giltig från: 2025-09-19

Giltig till: 2027-09-19