

Gäller för: Verksamhet AnOplva neonatal barn  
Innehållsansvar: Elisabet Hentz, (elipe22), Överläkare  
Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-10  
Giltig till: 2027-09-10

# Transportteamet Neonatal - Transportsätt

## Förändringar sedan föregående version

- Ändring till längdgräns för transport i bilbarnstol
- Borttagande av "pOX-test" för barn med vikt runt 1500 g

## Bakgrund och syfte

Beskrivning av vilket transportsätt som bör väljas beroende på barnets vikt, sjukdomstillstånd och infarter

## Utförande

Säkerställ alltid inför transport att mask och blåsa finns lätt tillgänglig  
Ta alltid med transportväskan

### Transportkuvös

- Embracemadrass skall alltid användas
- Vikt: Testad för 20G upp till 3,9 kg, för större barn klarar den 10G
- Respirator
- CPAP
- Högflödesgrimma
- Navelkateter
- CVK, artärnål
- Övervakning
- Dropp

### Transportkuvös med bilstol

- Större barn eller barn som behöver sitta mer upp ex hjärtbarn, RS
- Respirator
- CPAP
- Högflödesgrimma
- CVK
- Artärnål
- Övervakning
- Dropp

### Kangoofix

- 1,8 kg – 5,0 kg

- Respiratoriskt och cirkulatoriskt stabilt barn
- Godkänd för både mag- och ryggläge
- Endast pOX-övervakning
- LFG

**Bilbarnstol (ej på transportkuvös)**

- Respiratoriskt och cirkulatoriskt stabilt barn
- Föräldrar kan/vill inte åka med Kangoofix
- Från 40 cm kroppslängd
- Endast pOX-övervakning
- LFG

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet AnOpIva neonatal barn

**Innehållsansvar:** Elisabet Hentz, (elipe22), Överläkare

**Godkänd av:** Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9774-1570060579-73

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-09-10

**Giltig till:** 2027-09-10