

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Giltig från: 2025-05-16

Innehållsansvar: Maya Landenhed Smith, (maysm1), Överläkare

Giltig till: 2027-05-12

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Pleuratappning Thorax avd. 12–25

Revideringar i denna version

Uppdaterat med extra information om koppling till Thopaz+ drän.

Var material finns på avdelningen.

INDIKATION

Pleuravätska verifierad på lungröntgen.

MATERIAL

- Pleuratappningsset /pigtaildrän; skåp 17
- Xylocain (Lidokain) bedövning 10 /20 mg/ml; LM rum
- Sprutor 10ml/ 20 ml 2/2 st; LM rum
- Kanyl svart 2 st; LM rum
- Kanyl rosa 2 st; LM rum
- Sterila kompresser; skåp 22
- Klorhexidinsprit; LM rum
- Stora kompresser; skåp 22
- Sterila handskar (fråga läkaren om storlek); skåp 16
- Steril duk med tejp till uppläggning av sterilt material; skåp 16
- Pigtailset (alternativ till Pigtail förekommer); skåp 17
- Skalpell/suturkniv; skåp 16
- Förband Mepore; skåp 22
- Medipore (Mefix); skåp 21
- Sterilt omläggnings set; skåp 22

FÖRBEREDELSE

Patienten skall helst sitta på sängkanten lutad över sängbordet med böjd rygg. Lägg en kudde under armarna som stöd. Ge bedövning.

Utförandebeskrivning

- En personal är med och assisterar.
- Ge sterila handskar till läkaren.
- Läkaren tvättar instickstället med sprit.
- Dra upp bedövningsmedel/vi håller ampullen.
- Öppna pleuratappningssetet och pigtailsetet och lägg på den sterila duken.
- Om pigtaildränaget ska sitta kvar läggs kompresser under
- dränslangen och Mepore förband ovanpå och fixera slangen med Medipore (Mefix).
- Fråga om ev. Odling.
- Efter avslutad tappning, sätt på förband.
- Lungröntgen enligt läkarordination.

Obs om pigtaildrän används och behöver kopplas till Thopaz+ behållare så behövs en förbindelseslang för nefrostomi som passar till Pig tail och Topaz dränagen. Se bild nedan



Granskare/arbetsgrupp

VÖL Thorax 12–25

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Maya Landenhed Smith, (maysm1),
Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-331

Version: 9.0

Giltig från: 2025-05-16

Giltig till: 2027-05-12