

# Test av Dubbellumensond, Salem Sump

## Syfte

Att vara ett stöd för test av ny dubbellumensond, Salem sump.

## Arbetsbeskrivning

Sonden kommer från HUSK Medical, Nederländerna. Rutinen är ett komplement till uppdragsbeskrivning test av dubbellumensond, Salem Sump. [Test av dubbellumensond Salemsump \(1\).docx](#)

## Indikation

Kan användas för avlägsna maginnehåll, administrera läkemedel och/eller för kortvarig enteral nutrition.

## Funktion:

Följ vårdhandbokens riktlinjer för sondinläggning [Sondinläggning - Vårdhandboken](#)

samt kontroller och skötsel [Sondinläggning - Vårdhandboken](#)

**OBS!** Är patienten nyopererad i matstrupen eller i övre magmunnen, så skall sonden alltid sättas av läkare. Alternativt sättes sonden under genomlysning via radiologen (Kräver röntgenremiss utfärdad av NP/läkare).

Sonden skall enligt leverantören ha ett passivt dränage, men för att säkerställa att ventrikeln är tömd så skall intermittent sug användas/aspiration utföras. Skall aspirationskontroller glesas ut skall detta göras på ordination av läkare. Följ nedanstående riktlinjer från vårdhandboken:

- Kontrollera sondens funktion var 3:e timme vid aktiv dränering. Kontrollera att aspirationskanalen inte är tilltäppt, till exempel genom knickbildning eller av ventrikelinnehåll

## Kontraindikationer till sondbehandling:

- Patienter med måttliga till svåra frakturer i ansikte eller hals
- Patienter med nasofaryngeal eller esofageal obstruktion

---

### Postadress:

Kirurgi Sahlgrenska

Rubrik: Tillfällig rutin för test av dubbellumensond (2)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dokumentation: 85-1904528390-446

Version: 1.0

### Telefon:

031-342 10 00

### Webbplats:

sahlgrenska.se

Innehållansvarig: Magdalena Granung, Verksamhetsutvecklare kirurgi SS  
Godkänd av: Andreas Muth, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (andmu)  
Detta stödjande dokument gäller för: Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska

- Patienter med esofageala avvikelser, frätskador (efter intag av frätande ämnen), divertiklar eller strikturer

### Hållbarhet

Sonden är avsedd för kortvarigt bruk, får max sitta 72 timmar. Skall sonden sitta längre, krävs ordination av läkare.

### Storlek

Finns i flera storlekar med vi kommer endast testa storlek 16 ch.

## Uppföljning och revision

Uppföljning av testningen görs med digitalutvärdering under specifik tidsperiod, på avsedda enheter. Rutinen är endast ett stöd under testperioden.

## Relaterad information

[SteriFlow™ Salem sump stomach tube \(double lumen\)](#)

[Sondinläggning - Vårdhandboken](#)

## Granskare/arbetsgrupp

Thérèse Garthman, Verksamhetsutvecklare kirurgi Östra  
Ann-Kristin Rimbe, Verksamhetsutvecklare AN/OP/IVA SS  
Christine Roman Emanuel, Verksamhetsutvecklare AN/OP/IVA Östra

---

**Postadress:**

Kirurgi Sahlgrenska

Rubrik: Tillfällig rutin för test av dubbellumensond (2)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dokumentation 85-1904528390-446

Version: 1.0

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Kirurgi Östra, Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

**Innehållsansvar:** Magdalena Granung, (maggr),  
Verksamhetsutvecklare

**Godkänd av:** Andreas Muth, (andmu), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9785-1904528390-446

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-03-06

**Giltig till:** 2028-03-06