

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2026-03-05

Innehållsansvar: Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-05

Granskad av: Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

DIAGN – Utdragning av pleura/thorax drän - omvårdnadsrutin

Förändringar sedan föregående version

Rubriken har ändrats. Ett flertal ändringar i texten.

Verksamhetstillhörighet ändrad.

Bakgrund och syfte

Beskrivning för att utdragning av pleura/thorax drän utförs på ett säkert sätt.

Förutsättningar

Sjuksköterskor inom Lungdiagnostisk mottagning, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Avgränsningar

Indikation

Mindre än 100 ml pleuravätska under det sista dygnet.

Expanderad lunga.

Förberedelser

- Informera patienten
- Patienten skall ligga med den aktuella sidan upp
- Basala hygienrutiner tillämpas.

Utrustning

- Ev steril sax/ peang
- Plastat underlägg.
- Sterilt förband
- Descutansvamp 4 %.

Om nya suturer behöver sättas, ta fram följande:

- 1 st spruta 5 ml
- 1 st rosa kanyl 1,2 X 50 mm, 1 st svart kanyl 0,7 X 50 mm
- Inj Xylocain Adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ ml
- Klorhexidinssprit färgad 5 mg/ml
- Sterila handskar
- Sutur.

Utförande

Tillvägagångssätt

1. Placera plastat underlägg i sängen och tag bort det gamla förbandet.
2. Klipp av suturen nedanför knuten alternativt snurra upp trådlåset.
3. Innan dränet dras ut tar assisterande personal ett grepp i huden runt dränet för att förhindra luftläckage.
4. Dränet dras ut i expirationfas.
5. Ev sutur dras åt. Tvätta med Descutan, sätt suturtejp vid behov. Täck med sterilt förband.

Provhantering

- Ev odling av dränspets. Se rutin DIAGN - provhantering pleuravätska - omvårdnadsrutin.

Skötsel/omvårdnad

- Horisontalläge/sängläge 30 minuter
- Röntgenkontroll enligt läkarordination.

Komplikationer

- Läckage
- Pneumothorax.

Instrumentvård

- Engångsmaterial slängs
- Flergångsmaterial diskas i diskdesinfektor, skickas till sterilcentralen.

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har vårdenhetschefen eller av denne utsedd person.

Relaterad information

Rutin DIAGN - provhantering pleuravätska – omvårdnadsrutin.

Arbetsgrupp

Framtagen av: Jeanette Sundberg, sjuksköterska och Eva Erriahi, undersköterska, Lungdiagnostisk mottagning.

Denna version reviderad av: Mia Johansson, sjuksköterska, Lungdiagnostisk mottagning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

Granskad av: Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-159

Version: 9.0

Giltig från: 2026-03-05

Giltig till: 2028-03-05