

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Giltig från: 2025-05-23

Innehållsansvar: Hanna Javinder, (hanja1), Sektionsledare

Giltig till: 2027-05-23

Granskad av: Elin Holmqvist, (eliho36), Biomedicinsk analytiker

Godkänd av: Hanna Javinder, (hanja1), Sektionsledare

Ortostatiskt prov, barn, arbetsbeskrivning

Förändringar i denna version

Inga ändringar.

Syfte

Beskrivning av utförandet vid ortostatiskt prov.

Förberedelser

- Ta längd och vikt på patient. Anteckna eventuella mediciner samt när de togs senast.
- Patient ska ligga ner på britsen och vila i 10 minuter innan manöver påbörjas.
- Skriv in patienten i ECsense och koppla upp fullständigt EKG
- Mät omkretsen på överarmen för att välja rätt manschettstorlek. Notera manschettbredd samt vilken arm som används för mätning. Ta vilo-blodtryck.
- Välj ikonen *Mata in värden* och skriv in det liggande blodtrycket.
- Tryck på ikonen *Arbetsprov*, vid *Protokoll* välj *ORTOSTATISKT* och vid *Utrustning* välj den cykel som är inkopplad. Välj sedan *Starta*. OBS! Cykeln måste vara inkopplad och på.

Utförande

- Det ska vara tyst och lugnt i rummet, släck gärna ner belysningen något.
- Tryck på *Starta arbete* när patienten reser sig upp från britsen.
- Patienten ska stå stilla, titta på en punkt i väggen samt vara tyst under de 9 minuter mätning pågår. Se till att patienten inte har stöd mot någonting eller att någon pratar med patienten under tiden.
- Starta klockan och ta ett blodtryck 1 gång/minut under 9 minuter. Skriv in blodtryck, eventuella symptom i ECsense varje minut. Var beredd på att patienten kan få blodtrycksfall, ha därför britsen precis bakom patienten så man snabbt kan lägga ner vid ev synkopé.
- När 9 minuter gått tryck på *Avsluta arbete*, kommer nu in i *Återhämtningsfasen*, patienten ska nu lägga sig ner på britsen,
- Ta ett nytt blodtryck efter avslutad undersökning och skriv in i värdena i *Återhämtningsfasen* (Å). Om blodtrycket är lägre än utgångstrycket eller om patienten mår dåligt fortsatt att mäta blodtryck och samla in EKG tills det har återgått till utgångsvärdet och patienten mår bra.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- För att avsluta tryck på *Avsluta arbetsprov*, och du får frågan *Är du säker?* Svara Ja.
- Spara undersökningen till ECstore och gå ur programmet genom att klicka på krysset (X) längst upp till höger i rullgardinen.

Relaterad information

Digitalt arbetsblad i AGFA

Arbetsgrupp

Sektionsledare Pia Fransson

Sektionsledare Hanna Javinder

Ansvar

Medarbetare ansvarar för att sätta sig in i och efterleva rutinen. Linjeförord ansvarar för att tillkännage rutinen och följa upp efterlevnad. Verksamhetschef ansvarar för ledningssystemet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Avsteg från rutinen av betydelse för journalföring dokumenteras i Agfa.

Felhändelser eller risk för fel rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i SOFIA STY. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Hanna Javinder, (hanja1), Sektionsledare

Granskad av: Elin Holmqvist, (eliho36), Biomedicinsk analytiker

Godkänd av: Hanna Javinder, (hanja1), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9800-1516193980-168

Version: 17.0

Giltig från: 2025-05-23

Giltig till: 2027-05-23