

Gäller för: Verksamhet Radiologi  
Innehållsansvar: Sima Sabothe, (simsa), Sektionsledare  
Granskad av: Joanna Sternal, (joast), Överläkare  
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-06

Giltig till: 2027-07-10

## U-ljud Djup ventrombos

**Us Kod/ Us namn** 968277,968278, 965277/Ulj övre, nedre extremitet

**Indikation** Misstanke om djup ventrombos

**Förberedelser** Inga förberedelser

**Kontrastmedel**

**Material** Ultraljudsgel

**Tillvägagångssätt** En ultraljudsgivare förs över huden, ett visst tryck behövs ofta. Ultraljudsgel används för att få bättre kontakt mellan givaren och huden. Bild alstras via ljudvågor som insändes och mottages via givaren (transducer). Mottagna ekon omvandlas till en bild på monitorn.

**Eftervård** Ingen speciell eftervård

**Dokumentation** Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss

## Svarsinformation

## Övrigt

## Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

## Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Sima Sabothe, (simsa), Sektionsledare

**Granskad av:** Joanna Sternal, (joast), Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-1158

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-08-06

**Giltig till:** 2027-07-10