

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-06-16

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-06-12

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

MR - Foster

Us kod/Us namn: M 59000

Undersökningstid: 60 min

Indikation:

Förberedelser: [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

- MR-säkra kläder

System: 3T eller 1.5T på SU DSBS

Patientpositionering: Hörselskydd och larm knapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: Centrera över bäckenet

Spole: Aircoilspole, ryggspole

Kontrastmedel: -

Läkemedel: -

Sekvenser/Kriterier:

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Loc	3 Plan	5 - 6 mm	Över bäckenet
2	T2 SSFSE	Sag	4 - 6 mm	Över aktuellt område
3	T2 SS FSE	Ax	2 - 3 mm	Över aktuellt område
4	T2 SS FSE	Cor	2 - 3 mm	Över aktuellt område
5	T2 SS FSE	Sag	2 - 3 mm	Över aktuellt område
6	T1 FSPGR	Sag/Cor	4 - 6 mm	Över buken
7	T2 SSFSE	Sag	25 - 40 mm	Täck bålen och extremiteter

Vid behov:

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
8	FIESTA	Sag/Ax	6 - 8 mm	Över aktuellt område
9	DWI alt FOCUS DWI	Ax/ Cor	6 mm	Över aktuellt område

Granskare/ arbetsgrupp:

Pär-Arne Svensson specialsjuksköterska Radiologi barn
Liz Ivarssonöverläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1273

Version: 7.0

Giltig från: 2025-06-16

Giltig till: 2027-06-12