

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-01-09

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-01-09

Granskad av: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

MR - Placenta

Us kod/Us namn: M 58000

Undersökningstid: 75 min

Indikation:

Förberedelser: [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

MR-säkra kläder.

System: 3T på SU DSBS

Patientpositionering: Hörselskydd och larm knapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: Centrera på näsroten

Spole: Huvudspole, Aircoilspole

Kontrastmedel: Eventuellt

Kontrastinjektion: -

Läkemedel: -

**Patienten skall ej ha tömt blåsan 1 timme före undersökningen.
Undersökningen skall i första hand göras på 3T.**

Sekvenser/Kriterier:

	Sekvens	Snitt- plan	Snitt- tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Loc	3 Plan	-	Nedre buk
2	T2 SSFSE	Ax	-	Vinklad utifrån patient (hela placentan skall täckas ner till symfysen)
3	T2 SSFSE	Cor	-	Vinklad utifrån patient
4	T2 SSFSE	Sag	-	Vinklad utifrån patient
5	T2 SSFSE oblique	Ax	-	Vinklad utifrån placenta
6	FIESTA	Sag	-	Vinklad utifrån placenta
7	FIESTA	Ax	-	Vinklad utifrån placenta
8	T1 LAVA FLEX BH	Sag	-	Vinklad utifrån placenta
9	DWI	Ax	-	Vinklad utifrån placenta B100,800,1000(syntetisk)

Granskare/arbetsgrupp

Pär-Arne Svensson specialsjuksköterska Radiologi barn

Liz Ivarsson överläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1334

Version: 4.0

Giltig från: 2025-01-09

Giltig till: 2027-01-09