

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2024-10-28

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-10-28

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Shuntöversikt barn

Arbetsbeskrivning

Gonadskydd

Skall användas till pojkar i de fall strålfältet är mindre än 5 cm från gonaderna, om inte diagnostisk information döljs av skyddet.

Undantag gonadskydd skall inte användas:

- då frågeställningen utesluter användandet av gonadskydd
- om patientens båda testiklar inte har vandrat ner till pungen

Om gonadskydd inte används utöver undantagen skall detta dokumenteras tillsammans med anledningen i EI.

Kompression

Kompression används inte på radiologi barn.

Graviditet

Vid röntgenundersökning av bukregionen skall alla kvinnor/flickor över 15 år tillfrågas om de är gravida. Svaret skall dokumenteras i EI. Om patienten är gravid måste en berättigandebedömning göras i samråd med radiolog och/eller remittent.

Bildtagning standard

Skalle	Halvaxial och sidobild. Sidobild med den sida som shunten finns på närmast kassetten.
Hals	Frontalbild. <u>Enbart</u> om hela shuntslangen ej är med på övriga bilder.
Thorax	Frontalbild.
Buk	Frontalbild samt horisontell sidobild.

Frågeställning

Shuntläge Standard

Shuntavbrott

Shuntventil Bildtagning utförs i genomlysning av läkare.

kontroll Inbländad bild vinkelrätt mot ventilen. Den sida ventilen finns på närmast bildförstärkaren.

Använd *förstoring* både vid exponering och avfotografering.

Övrigt

Om remitterande läkare begär röntgen av en preciserad del av shuntsystemet, röntgas endast den delen.

Vid kontroll efter MR räcker det med undersökning av själva shuntventilen.

Granskare/arbetsgrupp

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska Radiologi barn

Mela Brink överläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1353

Version: 10.0

Giltig från: 2024-10-28

Giltig till: 2026-10-28