

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2024-10-23

Innehållsansvar: Madeleine Ljungberg, (madlj), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-10-23

Granskad av: Martin Bonnier, (marbo53), Specialistläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

## Skelett – HKA

### Revideringar i denna version

Användning gonadskydd

### Arbetsbeskrivning

-AP

-Referenskula (25 mm), placering: medialt ovan höger knä.

-Placera linjalen (ej genom skelett som ska avbildas)

-Om skillnad i bäckenet >1,5 cm använd förhöjningsplattor

### Gonadskydd

Ska användas i de fall strålfältet är mindre än 5 cm från gonaderna, under förutsättning att gonadskyddet inte riskerar att dölja diagnostisk information.

### Graviditet

Vid röntgenundersökning av bukregionen skall alla kvinnor/flickor över 15 år tillfrågas om de är gravida. Svaret skall dokumenteras i EI. Om patienten är gravid måste en berättigandebedömning göras i samråd med radiolog och/eller remittent

### Bildtagning standard

**Crista lågdos** Inbländad över crista. Använd förhöjningsplattor till korrigering  $\geq 1,5$  cm

**Stående frontal** Hela bäckenet-fotlederna. Patella i frontalprojektion  
Bäckenskovlar i jämnhöjd

### **Bildtagning övrigt**

**Stående Sida /Bilaterala ben** Referenskula ventralt på femur

**Liggande frontal** Hela bäckenet-fotlederna. Patella i frontalprojektion

### **Granskare/arbetsgrupp**

Madeleine Ljungberg Röntgensjuksköterska Radiologi barn

Martin Bonnier Specialistläkare Radiologi barn

Jenny Ahlin Specialistläkare Radiologi barn

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi barn

**Innehållsansvar:** Madeleine Ljungberg, (madlj), Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Martin Bonnier, (marbo53), Specialistläkare

**Godkänd av:** Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-1365

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2024-10-23

**Giltig till:** 2026-10-23