

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-01-31

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2027-01-29

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Sternum

Fraktur

CT i första hand

Us kod/Us namn 620000 - Sternum

Indikation Fraktur

Förberedelser

- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Ev. medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Sida

Position Bilden tas med vänster sida mot detektorn. Armarna hålls upp så de kommer bort från lungan. Blända in så endast sternum kommer med på bild



Centrering I Th7 nivå

Vinkel 0°

Kriterier Hela sternum skall vara med på bilden.

FFA 110 cm

Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i Med Control Pro (MCP)

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder
Bilder skickas till BFR

Referens [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1415

Version: 6.0

Giltig från: 2025-01-31

Giltig till: 2027-01-29