

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-10-16

Innehållsansvar: Carina Tordsson, (carto3), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2026-10-09

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Remiss Inkorrekt sidoangivelse på röntgenremiss

Arbetsbeskrivning

1. Om sidoangivelse i fältet för ”önskad undersökning” på remiss inte stämmer överens med text i fältet för anamnes och patienten uppvisar klart vilken sida som gäller:

- Röntga aktuell sida
- Byt undersökningskod till en med rätt sidoangivelse i Enterprise Imaging (EI), Skriv en anteckning om ändringen som har blivit gjord under Undersökningskommentarer i Enterprise Imaging (EI)
- Radiolog skriver in ändringen i röntgenutlåtandet

2. Om sidoangivelse i fältet för ”önskad undersökning” på remiss inte stämmer överens med vad patienten säger eller uppvisar och inget står i fältet för anamnes:

- Tillfråga radiolog eller kontakta respektive mottagning/avdelning för rättelse
- Röntga aktuell sida
- Byt undersökningskod till en med rätt sidoangivelse i Enterprise Imaging (EI), Skriv en anteckning om ändringen som har blivit gjord under Undersökningskommentarer i Enterprise Imaging (EI)
- Radiolog skriver in ändringen i röntgenutlåtandet

3. Om sidoangivelse i fältet för ”önskad undersökning” på remiss inte stämmer överens med vad patienten uppvisar eller/och patienten inte vet eller inte är kontaktbar
 - Kontakta respektive mottagning/avdelning för rättelse
 - Röntga aktuell sida
 - Byt undersökningskod till en med rätt sidoangivelse i Enterprise Imaging (EI), Skriv en anteckning om ändringen som har blivit gjord under Undersökningskommentarer i Enterprise Imaging (EI)
 - Radiolog skriver in ändringen i röntgenutlåtandet

4. Om sidoangivelse i fältet för ”önskad undersökning” på remiss inte stämmer överens med vad patienten uppvisar och remittenten inte går att nå eller på annat sätt få fram rätt information
 - Röntga båda sidor
 - Lägg till en undersökning med den andra under Undersökningskommentar i Enterprise Imaging (EI) sidoangivelse-koden i Enterprise Imaging (EI). Skriv en anteckning om ändringen som blivit gjord
 - Radiolog skriver in ändringen i röntgenutlåtandet

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Carina Tordsson, (carto3), Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Camilla Fransson, (camfr20), Vårdenhetschef, Hawar Gharib, (hawgh1), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1471

Version: 9.0

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-09