

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2026-02-10

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2028-02-05

Granskad av: Aneesh Mohamad Iqbal, (anemo10), Specialistläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Hand

Skelettålderbestämning från ortoped

Us kod/Us namn	647000 – Skelettåldersbestämning
Indikation	Skoliospatienter som undersöker handen för att se om skelettet är färdigväxt (låg stråldos)
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Endast vänster hand skall undersökas!

Position	Lägg vänster handen med handflatan ner på detektorn. Höj detektorn till axelhöjd
Centrering	Centrera distalt på metacarpalben III
Vinkel	0°
Kriterier	Hela handen samt handled skall vara med Sätt sidomarkering lateralt
FFA	110 cm



Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Aneesh Mohamad Iqbal, (anemo10),
Specialistläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1581

Version: 2.0

Giltig från: 2026-02-10

Giltig till: 2028-02-05