

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-08-22

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-08-20

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Bäcken

Symfys dislokation

| | |
|-----------------------|---|
| Us kod/Us namn | 639142 – Höftled, provokation eller belastning |
| Indikation | Symfys dislokation |
| Förberedelser | <p>Granska remiss och ev. tidigare undersökningar</p> <p>ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet</p> <p>Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i AGFA</p> <p>Avlägsna föremål som skymmer us-området</p> <p>Kompression skall ej användas</p> <p>Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år)</p> <p>Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej</p> <p>Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken.</p> <p>Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs</p> <p>Sätt sidomarkering</p> <p>Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd</p> |
| Kontrastmedel | Nej |

Bildtagning/Projektioner

Frontal

| | |
|------------|---|
| Position | Patienten står med ryggen mot detektorn med lite inåtroterade ben, tårna ihop |
| Centrering | I höjd med symfysen/trochanter major |
| Vinkel | 0° |
| Kriterier | Båda höfterna samt hela symfysen skall vara med på bild Symfysen skall avbildas mitt i bild. |
| FFA | 110-130 cm |



| | |
|----------------------|--|
| Strålskydd | Se under rubriken förberedelser |
| Dokumentation | Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss |
| Ansvar | Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP). |
| Övrigt | Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR |
| Referenser | <u>SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning</u> |

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Maria Mårtensson, (marma144),
Specialröntgensjuksköterska, Hawar Gharib, (hawgh1), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2336

Version: 1.0

Giltig från: 2024-08-22

Giltig till: 2026-08-20