

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-12-17

Innehållsansvar: Eva Eng Forsberg, (evafo6), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-12-13

Granskad av: Fredrik Thorén, (freth1), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

DT SK18 bäckenmätning --

Us kod/Us namn **854 000/ DT Bäckenmätning**

Indikation Bedömning av bäckenträngsel före/ efter förlossning
Vid graviditet bör undersökningen utföras efter vecka 26

Serieöversikt

Serie 1	Bäcken utan iv kontrastmedel
---------	------------------------------

Förberedelser

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet.
Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i Agfa
Innan undersökningen tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år) om eventuell graviditet.
Om gravid; kontakta ansvarig radiolog som tillsammans med remittent gör en individuell bedömning om undersökningen är berättigad.


Patientpositionering Ryggläge, fötterna först GE och Siemens, armarna ovan huvud
Ryggläge, huvud först Canon, armarna ovan huvud

Patientcentrering Höftkammen IC/ GE
Navelhöjd/ Siemens, Canon

Scout Lateral och frontal, GE, Siemens Sus och Canon
Frontal Siemens SUö

Scanområde/kriterier Hela bäckenet, viktigt att os ischii är med på bilden

Serie1 hela bäckenet utan iv kontrast



Dokumentation

Dokumentera i RIS.
Om kriterier inte uppnås för undersökningen ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Strålskydd

Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion.
Där det är möjligt används DT`ns optimering för strålkänsliga organ.

Rekonstruktioner

Serie	Arkiv
SKb1	Agfa
Översiktsbilder	Agfa
Dosrapport	Agfa

Övrigt

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten.
Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i Med Control Pro (MCP).

Referenser

[Strålsäkerhet - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Eva Eng Forsberg, (evafo6),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Fredrik Thorén, (freth1), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2496

Version: 1.0

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-13