Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Leo Karlsson, (leoka1), Specialröntgensjuksköterska
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-11-02
Giltig till: 2028-11-02

DT F5 Öra mjukdelar

Us kod/Us namn 816800/DT temporalben, öra med iv kontrast

Indikation Användes vid tumörfrågeställningar och akuta infektioner ~~med misstanke om abscess och bendestruktion~~, t.ex. abscess, malign otit eller bendestruktioner~~.~~

Serieöversikt

Serie 1	Örats cellsystem med kontrastmedel

Förberedelser

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i Agfa

PVK, central veninfart godkänd för högt tryck

Patientpositionering

Ryggläge/Huvudet först
I skallstöd

Patientcentrering

Hörselgången OM/**GE**
Under hakan/ **Siemens, Canon**

Kontrastmedel

Enligt läkarordination.
Anpassa dosen enligt vikt i Omnijekt.

Kontrastprotokoll

Ansikte Sinus Öron Orbita, 350 mg I/kg
Kontrastmedelsanpassning till kV (vgregion.se)

Injektionstid 40 s


Kontrastfördröjning 120 s

DFOV 16 cm

Scout Lateral och frontal

Scanområde/kriterier Scanplan om möjligt parallell med hårda gommen.

Serie 1. Öron, från strax ovan örats cellsystem (genom pyramiden) till strax under processus mastoideus nederkant.



I huvudstöd, hakan lätt sänkt. Viktigt att patienten ligger exakt rakt så att strukturerna i örat avbildas i samma nivå.

Dokumentation Dokumentera i RIS
Om kriterier inte uppnås för undersökningen ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Strålskydd Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion.
Där det är möjligt används DT`ns optimering för strålkänsliga organ.

Rekonstruktioner

Serie	**Arkiv**
Fd1 Öra mjukdelar	Agfa
Fb2 Öra bone	Agfa

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Referenser

Strålsäkerhet - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
LM Intravenösa infarter, hantering och administrering
LM Överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel, behandling, dokumentation och checklista
DT Kernel, algoritm och filter nyckel

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Leo Karlsson, (leoka1), Specialröntgensjuksköterska

Granskad av: Leo Karlsson, (leoka1), Specialröntgensjuksköterska, Marit Johannesson, (marjo154), Specialröntgensjuksköterska, Anna Molinder, (annos23), Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-388

Version: 12.0

Giltig från: 2026-11-02

Giltig till: 2028-11-02