

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-03-12

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2027-03-04

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Armbåge

Kontroll Post-op, Protes/platta och Degenerativa förändringar

Us Kod/Us namn 634000D / 634000S – Armbåge höger/vänster

Indikation Kontroll – Postop, protes, platta eller skruv, degenerativa förändringar

Förberedelser

- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Ev. medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/projektioner

Frontal

Position Supinerad armbåge mot detektor.
Om patienten ej kan extendera
skall två
bilder tas: en med underarmen mot
detektorn, en med överarmen mot
detektorn

Centrering Mitt i leden

Vinkling 0°

Kriterier Armbågsleden friprojicerad

FFA 110 cm



Sida

Position Armbågen i axelhöjd, böjd i 90°
Tummen uppåtvriden

Centrering Mitt i leden

Vinkling 0°

Kriterier Armbågsleden friprojicerad.
Laterala och mediala epikondylen
projicerade på varandra

FFA 110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP)
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referenser	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-803

Version: 10.0

Giltig från: 2025-03-12

Giltig till: 2027-03-04