

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-12
Giltig till: 2027-03-04

Bröstrugg

Fraktur, Felställning, Degenerativa förändringar, RA

Us kod/Us namn	622000 – Bröstrugg
Indikation	Fraktur, Felställning, Degenerativa förändringar, RA, Kotkompression
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Vid behov tas övergång bröst-ländrygg.

Frontal Hals-Bröstryggövergång

Position	Patienten ligger på rygg utan kudde under huvudet.
Centrering	På jugulum.
Vinkel	15° kaudalt
Kriterier	Rak frontal C5 – Th2 skall vara med
FFA	110 cm



Sida Hals-Bröstryggövergång "Flygare"

Position	Patienten ligger på vänster sida med vänster arm upp mot huvudet. Dra bak patientens högra axel.
Centrering	Framför caput humerus
Vinkel	ev. 5-10° kaudalt
Kriterier	Rak sidobild på C5-Th2. Friprojicerat från axelparti
FFA	110 cm



Frontal Bröstrygg

Position	Patienten ligger på rygg med en kudde under knäna.
Centrering	I mamillhöjd.
Vinkel	0°
Kriterier	Rak frontal. Th1 – Th12 skall vara med.
FFA	110 cm



Sida Bröstrygg

Position	Patienten ligger på sidan med en kudde mellan knäna.
Centrering	I höjd med scapulas nedre kant
Vinkel	0°
Kriterier	Rak sida. Th1 – Th12 skall vara med
FFA	110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referenser	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Beyzanur Solak, (beyso1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-808

Version: 8.0

Giltig från: 2025-03-12

Giltig till: 2027-03-04