

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-12-17

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-12-10

Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Bröstrygg

Post-op Fusion

Vid fusion (steloperation) av ryggen skall första postop-undersökningen endast innehålla frontal- och sidobild. För alla efterföljande kontroller skall även vridningar tas.

Us Kod/ Us Namn 622000/Bröstrygg

Indikation Post-op Fusion

Förberedelse

- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position	Patienten ligger på rygg med en kudde under knäna
Centrering	Över aktuellt område
Vinkel	0°
Kriterier	Aktuellt område skall avbildas samt minst en kota ovan och nedan
FFA	110 cm



Sida

Position	Patienten ligger på vänster sida med en kudde mellan knäna
Centrering	Över aktuellt område
Vinkel	0°
Kriterier	Aktuellt område skall avbildas samt minst en kota ovan och nedan
FFA	110 cm



Vridning *Tas ej vid första post-op, endast vid efterföljande kontroller*

Position Patienten ligger på rygg
Vrid upp ca 30° åt vardera håll

Centrering Aktuellt område

Vinkel 0°

Kriterier Aktuellt område skall avbildas samt minst en
kota ovan och nedan. Sätt sidomarkering lateralt

FFA 110 cm



Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning
dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den
känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för
att efterleva rutinen och rapporterar förekommande
avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar
bilder. Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-811

Version: 6.0

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-10