

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-11-12

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-11-12

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Fot

Hallux Valgus/Rigidus, Charcot

Us kod/Us namn 648142 – Fot eller del därav, provokation eller belastad

Indikation Hallux Valgus/Rigidus, Charcot

Förberedelser

- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Bilateral belastad frontal

Position	Lägg bildplatta på golvet. Patienten står med båda fötterna på bildplattan. Jämn belastning på båda fötterna.
Centrering	Mellan fötterna i höjd med proximala metatarsale 3
Vinkel	15° distalt
Kriterier	Hela foten skall vara med. Markera ”belastad” i bilden
FFA	110 cm



Bilateral belastad sida

Position	Belasta en sida i taget. Patienten står på trappan med aktuell sida rakt mot detektorn.
Centrering	I fotleden
Vinkel	0°
Kriterier	5 cm av fotleden skall vara med samt hela foten. Markera ”belastad” i bilden
FFA	110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i Med Control Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referenser	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asme1), Specialröntgensjuksköterska,
Andreia Miron, (andmi2), Specialistläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-823

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-12

Giltig till: 2026-11-12