

Gäller för: Verksamhet Radiologi  
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent  
Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare  
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2027-04-01

# Fotled belastad

## Artros

<b>Us kod/Us namn</b>	646142 – Fotled provokation eller belastning
<b>Indikation</b>	Artros
<b>Förberedelser</b>	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev. medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner

### **Bilateral belastad frontal**

**Position** Patienten står på en trappa med ryggen mot detektorn  
Fötterna skall vara raka och peka rakt fram  
Viktigt att man belastar båda fötterna lika mycket



**Centrering** På malleolerna

**Vinkel** 0°

**Kriterier** Ledspalten mellan tibia och talus friprojicerad  
Sätt sidomarkering lateralt  
Markera "belastad" i bilden

**FFA** 110 cm

### **Sida**

**Position** Patienten står på trappan med aktuell sida rakt mot detektorn

**Centrering** På malleolerna.

**Vinkel** 0°

**Kriterier** Leden mellan tibia och talus friprojicerad  
Leden mot os naviculare, hela calcaneus samt proximala metatarsale 5 ska avbildas  
Sätt sidomarkering  
Markera "belastad" i bilden



**FFA** 110 cm

<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	Strålsäkerhet

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-829

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-04-15

**Giltig till:** 2027-04-01