

Gäller för: Verksamhet Radiologi  
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-10

# Halsrygg

## Postop, Frakturkontroll

<b>Us kod/Us namn</b>	621000 – Halsrygg 621142 – Halsrygg, provokation eller belastad
<b>Indikation</b>	Postop, Frakturkontroll
<b>Förberedelser</b>	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas  Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner

### Frontal

Position	Bild tas PA
Centrering	Fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	Kranial vid behov
Kriterier	Hela halsryggen skall vara med Skallbas och haka i linje med varandra Halskotorna friprojicerade
FFA	110 cm



### Sida (tas först)

Position	Dra ner axlarna och blända ut till precis ovanför örat
Centrering	Fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen samt trachea skall vara med
FFA	110 cm



### Vridningar

Position	Patienten sitter med ansiktet mot detektorn Vrid ca 45 grader åt varje håll så att sidan av ansiktet blir parallellt med detektorn
Centrering	Fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	Samma vinkel som för frontal
Kriterier	Hela halsryggen skall vara med. Man skall komma in i foramen intervertebrale. <b>OBS!</b> Både DX och SIN markering!
FFA	110 cm



### **Dens**

Vid indikation

Position	Frontal tagen AP. Patienten gapar så stort som möjligt genom att fälla ned hakan
Centrering	1 cm nedanför överkåkens tänder. Strålrättning under överkåkens tänder mot öronsnibb
Vinkel	ev 5° kaudal eller kranial
Kriterier	Dens skall friprojiceras
FFA	110 cm



### **Sida Flexion**

På Begäran efter godkännande av radiolog

Position	Maximalt framåtböjd utan att det gör ont Böj endast i halsryggen med neddragen haka
Centrering	Centrera fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen samt trachea skall vara med
FFA	110 cm



### **Sida Extension**

På Begäran efter godkännande av radiolog

Position	Maximalt bakåtböjd utan att det gör ont Böj endast i halsryggen
Centrering	Centrera fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen samt trachea skall vara med.



<b>FFA</b>	110 cm
<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder. Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	<a href="#">Strålsäkerhet</a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Linda-Sophie Lindberg, (lisbr13),  
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),  
Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-834

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-12-17

**Giltig till:** 2026-12-10