

Gäller för: Verksamhet Radiologi  
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent  
Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare  
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-08  
Giltig till: 2027-01-07

# Hand

## Finger fraktur, kontroll

<b>Us kod/Us namn</b>	638000D/638000S – Hand eller del därav höger/vänster
<b>Indikation</b>	Frågeställning
<b>Förberedelser</b>	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas  Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner


### Frontal

Position Lägga fingret mot detektorn, AP/PA  
Se till att skelettskadan är parallell mot detektorn

Centrering Över skadan

Vinkel 0°

Kriterier Rak frontal och in i lederna  
Märk ut det skadade fingret med siffra



FFA 110 cm

### Sida

Position Lägga fingret/fingrarna rakt på sidan  
parallellt mot detektorn  
Böj bort de andra fingrarna

Centrering Över skadan

Vinkel 0°

Kriterier Rak frontal och in i lederna  
Märk ut det skadade fingret med siffra



FFA 110 cm

<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten.  Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder  Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	<a href="#">Strålsäkerhet</a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-841

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-01-08

**Giltig till:** 2027-01-07