

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-12-17

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-12-10

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

# Hand

## Fraktur, kontroll

<b>Us kod/Us namn</b>	638000D/638000S – Hand eller del därav höger/vänster
<b>Indikation</b>	Fraktur, kontroll
<b>Förberedelser</b>	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner

### Frontal

Position	Placera handen med handflatan mot detektorn.
Centrering	Centrera distalt på metacarpalben III.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela handen, inklusive phalanger, samt distala handleden skall avbildas.
FFA	100 cm



### Vridning

Position	Handflatan mot detektorn. Supinera handen ca 20-25°
Centrering	Centrera distalt på metacarpalben III.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela handen samt distala handleden skall avbildas.
FFA	100 cm



### Sida

Position	Ulnarsidan mot detektorn. Rak sida med friprojicerade fingrar som skall vara parallella med underlaget.
Centrering	Distala delen av metacarpalbenen.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela handen samt distala handleden skall avbildas.
FFA	100 cm



<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	<a href="#">Strålsäkerhet</a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Asmaa Imam, (asmei1),  
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),  
Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-842

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2024-12-17

**Giltig till:** 2026-12-10