

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-10

Hand - Tumme

Fraktur, kontroll

Us kod/Us namn 638000D/638000S – Hand eller del därav höger/vänster

Indikation Fraktur, kontroll

Förberedelser

- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position

Alt. 1. Placera tummen med dorsalsidan mot detektorn. Vrid patienten så att hen är bortvriden från detektorn. Handled och tumme skall vara i samma höjd.

Alt. 2 Vid smärta/stelhet. Handens ulnarsida mot detektorn. Tummen skall vara parallell med detektorn. Vrid bort resterande fingrar från fältet.



Centrering

Centrera på MCP-1.

Vinkel

Alt 1: 0°

Alt 2: 10 - 15° proximalt

Kriterier

Tummen samt en bit av handleden skall avbildas. Lederna skall vara friprojicerade.

FFA

110 cm

Sida

Position

Lägg tummen rakt på sidan.

Centrering

Centrera på MCP-1.

Vinkel

0°

Kriterier

Tummen samt en bit av handleden skall avbildas. Lederna skall vara friprojicerade.

FFA

110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referenser	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-844

Version: 6.0

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-10