

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-31
Giltig till: 2027-01-15

Handled

Fraktur, kontroll, Artros, Artrit, DRU

Us kod/Us namn	637000D/S Handled höger/vänster
Indikation	Fraktur, kontroll, Artros, Artrit, DRU (distal radioulnarled)
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position Lägga handen med handflatan ner på detektorn samt böja 90° i armbågen. Höj detektorn till axelhöjd.

Centrering Centrera mitt i handleden.

Vinkel 0°

Kriterier Hela handleden skall vara med.

FFA 110 cm



Sida

Position Sänka detektorn till höfthöjd och lägg handen på sidan.

Centrering Centrera mitt i handleden.

Vinkel Vinkla röret ca 15° distalt eller använd kudde på 15°.

Kriterier Hela handleden skall vara med. Radius skall vara konturbildande dorsalt. Leden skall vara friprojicerad.

FFA 110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i Med Control Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder. Bilder skickas till BFR
Referenser	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-853

Version: 6.0

Giltig från: 2025-01-31

Giltig till: 2027-01-15