

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-11-13

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-11-12

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Lungor

Luftsida

Us kod/Us namn	320000 – Lungor (bilden tas endast på begäran av radiolog/remittent)
Indikation	Inför operation av pneumothorax
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Ev. medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Horisontell frontal

Position Patienten ligger med **aktuell sida uppåt**.
Bilden tas **i utandning** (behöver ej vara maximal).



Centrering I höjd med nederkanten på scapula,
på den aktuella lungan.

Vinkel 0°

Kriterier Översta delen på lungsidan skall avbildas.

FFA 180 cm

Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall
anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör
den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare
ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar
förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och
kvalitetssäkrar bilder
Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Aleksandar Spasojevic, (alesp1),
Specialröntgensjuksköterska, Asmaa Hassoun, (esmha1), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-874

Version: 5.0

Giltig från: 2024-11-13

Giltig till: 2026-11-12