

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-08
Giltig till: 2027-01-07

Lungor

Nyinlagd Piccline

Us kod/Us namn	320000 - Lungor (stående) 323000 - Lungor liggande 323000V - Lungor liggande på vårdavdelning
Indikation	kontroll av Nyinlagd Piccline
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Ev. medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position	Bilden tas PA. Patienten står så nära detektorn som möjligt. Skulderbladen skall vara framdragna mot detektorn så att de inte syns i lungan Nyinsatt Piccline tas med armarna hängande längs sidan (gäller endast frontalbild) Bild tas i maximal inandning .
Centrering	I Th7 nivå
Vinkel	0°
Kriterier	Hela lungan skall vara med Komplettera med Bas-bild vid behov
FFA	180 cm för 320000 (stående) 130 cm för 323000 och 323000V (liggande)



Sida

Position	Bilden tas med vänster sida mot detektorn. Armarna hålls upp så de kommer bort från lungan Bild tas i maximal inandning
Centrering	I Th7 nivå
Vinkel	0°
Kriterier	Hela lungan skall vara med. Komplettera med Bas-bild vid behov
FFA	180 cm för 320000 (stående) 130 cm för 323000 och 323000V (liggande)



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referenser	<u>Strålsäkerhet</u>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Aleksandar Spasojevic, (alesp1),
Specialröntgensjuksköterska, Asmaa Hassoun, (esmha1),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-875

Version: 5.0

Giltig från: 2025-01-08

Giltig till: 2027-01-07