

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-11-26

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-11-18

Granskad av: Asmaa Hassoun, (esmha1), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

# Lungor

## Spansk dans (AP Lordotic view)

<b>Us kod/Us namn</b>	320000 - Lungor
<b>Indikation</b>	Bilden tas endast på radiologens begäran
<b>Förberedelser</b>	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Ev. medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner

### Frontal

Position	Bilden tas <b>AP</b> . Patienten står med ryggen mot detektorn. Låt patienten dra axlarna så långt bak som möjligt. Bilden tas <b>i maximal inandning</b> .
Centrering	Strax nedanför jugulum
Vinkel	0°
Kriterier	Översta delen på lungorna avbildas (apex). Klaviklarna skall ligga ovanför lungorna.
FFA	180 cm



<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	<a href="#">Strålsäkerhet</a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Asmaa Hassoun, (esmha1), Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-877

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-11-26

**Giltig till:** 2026-11-18