

Gäller för: Verksamhet Radiologi  
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-19  
Giltig till: 2027-03-17

## Ländrygg

### Belastad frakturkontroll, konservativt behandlad.

Konservativt behandlade patienter med fraktur på kotpelaren skall stå upp under bildtagningen. I remissen skall det stå om patienten skall undersökas med eller utan korsett. Får patienten ta av korsetten tas bilder utan korsett.

Undersökning görs ej efter operation med osteosyntesmaterial

<b>Us kod/Us namn</b>	623142 – Ländrygg, provokation eller belastad
<b>Indikation</b>	Belastad frakturkontroll
<b>Förberedelser</b>	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas. Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år) Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner

### Frontal

Position	Bilderna tas stående, med ryggen mot detektorn.
Centrering	Centrera på aktuell kota.
Vinkel	0°
Kriterier	Frakturområde Märk bilden med ”Stående”.
FFA	ca 110 - 130 cm



### Sida

Position	Bilderna tas stående, med vänster sida mot detektorn.
Centrering	Centrera på aktuell kota.
Vinkel	0°
Kriterier	Frakturområde Märk bilden med ”Stående”.
FFA	ca 110 - 130 cm



<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	<a href="#">Strålsäkerhet</a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Asmaa Imam, (asmei1),  
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),  
Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-882

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-03-19

**Giltig till:** 2027-03-17