

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-02-13

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2027-02-13

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Scapula

Fraktur, Kontroll, Postop

| | |
|-----------------------|--|
| Us kod/Us namn | 632000D/632000S – Skulderblad höger/vänster |
| Indikation | Fraktur, Kontroll, Postop Vid frågeställning collum scapulae tages på begäran en transversell bild. Se Metodbok axel. |
| Förberedelser | Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd |
| Kontrastmedel | Nej |

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position Bilden tas AP.
Om möjligt skall aktuell arm lyftas upp med handen på huvudet.
Alternativt kan handen vara på höften.
Vrid patienten lätt så att scapula blir parallell med detektorn
Bilden tas under Expiration



Centrering Centrera i höjd med axillen och skulderbladets mitt

Vinkel 0°

Kriterier Hela scapula skall vara med

FFA 110 cm

Sida

Position Bilden tas PA. Vrid den aktuella sidan 45° mot detektorn så att scapula hamnar parallellt med strålriktningen.
Be patienten föra fram armen medialt alternativt lyfta upp armen.
Patienten håller andan under bildtagningen



Centrering In genom skulderbladets mediala kant och ut genom cavitas glenoidalis

Vinkel 0°

Kriterier Scapulas mediala kant ska projiceras över den laterala kanten.
Scapula ska friprojiceras från bröstorg och överarm.

FFA 110

| | |
|----------------------|--|
| Strålskydd | Se under rubriken förberedelser |
| Dokumentation | Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss |
| Ansvar | Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP). |
| Övrigt | Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR |
| Referens | Strålsäkerhet |

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-893

Version: 7.0

Giltig från: 2025-02-13

Giltig till: 2027-02-13