

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-01-31

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2027-01-15

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Underarm

Exostos med kula

Us kod/Us namn	636000D/636000S – Underarm höger/vänster
Indikation	Exostos med kula
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal (Bilateralt)

Position Sträck ut armen på detektorn med handflatan supinerad. Detektor i axelhöjd. Kulan placeras vid handleden i höjd med mitten av handleden från detektorn.

Centrering Centrera mitt på underarmen.

Vinkel 0°

Kriterier Hela underarmen och hela referenskulan skall vara med i bild.

FFA 110 cm



Sida (Bilateralt)

Position Lägg underarmen på sidan med 90° vinkling i armbågen. Detektor i axelhöjd. Vrid upp tummen. Referenskulan placeras vid handleden i höjd med mitten av handleden från detektorn.

Centrering Centrera mitt på underarmen

Vinkel 0°

Kriterier Hela underarmen och hela referenskulan skall vara med i bild.

FFA 110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referens	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-901

Version: 3.0

Giltig från: 2025-01-31

Giltig till: 2027-01-15