

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-11-12

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-11-12

Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Specialistläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

# Underarm

## Fraktur, kontroll

<b>Us kod/Us namn</b>	636000D/636000S – Underarm höger/vänster
<b>Indikation</b>	Fraktur, kontroll
<b>Förberedelser</b>	<p>Granska remiss och ev. tidigare undersökningar</p> <p>ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet</p> <p>Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS</p> <p>Avlägsna föremål som skymmer us-området</p> <p>Kompression skall ej användas</p> <p>Graviditet skall ej tillfrågas</p> <p>Gonadskydd skall ej användas</p> <p>Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs</p> <p>Sätt sidomarkering</p> <p>Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd</p>
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner

### Frontal

Position	Armen utsträckt på detektorn med handflatan supinerad Detektor i axelhöjd
Centrering	Centrera mitt på underarmen
Vinkel	0°
Kriterier	Hela underarmen skall vara med inklusive armbågsled och handled
FFA	110 cm



### Sida

Position	Lägg underarmen på sidan med 90° vinkling i armbågen. Detektor i axelhöjd Vrid upp tummen
Centrering	Centrera mitt på underarmen
Kriterier	Hela underarmen skall vara med inklusive armbåge och handled
FFA	110 cm



<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
<b>Referens</b>	<a href="#">Strålsäkerhet</a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Andreia Miron, (andmi2), Specialistläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-902

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-11-12

**Giltig till:** 2026-11-12