

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2026-05-12

Innehållsansvar: Jiaye Cui, (jiacu1), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-04-22

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

# Mammografi Förstoring och Konförstoring

<b>Syfte</b>	Rutin för röntgensjuksköterska och sjuksköterska vid bildtagning med förstoring och konförstoring
<b>Us kod/Us namn</b>	66059//Mammografiutredning selekterad 66000//Mammografi klinisk
<b>Indikation</b>	Kompletterande bild vid mikroförkalkning och/eller förtätning i bröst enligt radiologens begäran
<b>Förberedelser</b>	Läs remissanteckning och ev. anteckning på aktuell bild för vilka bilder/projektioner som skall tas Hämta patient i worklist  ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Starta och signera undersökning i PACS  Sätt på Magnification Table 1.8 Ta bort ansiktsskydd Välj anpassad kompressionsplatta efter radiologens remissanteckning <b>Konförstoring:</b> Mag spot 1.5 <b>Förstoring:</b> Mag 18*24cm <b>Välj rätt procedur</b> (vilka bilder) på modaliteten

## **Bildtagning/Projektioner**

### **CC aktuell sida**

Position	Patienten står med framsidan mot apparaten.  Låt kvinnan ta ett litet steg bakåt och därefter luta sig in mot detektorn.  Centrera aktuell förändring mitt på detektorplattan  Komprimera bröst
Vinkel	0 °
Kriterier	Aktuell förändring avbildas.

### **MLO aktuell sida**

Position	Patienten står med framsidan mot apparaten  Patienten böjer sig fram mot detektorn och armen/axeln placeras avslappnat på detektorplattans övre kant Centrera aktuell förändring mitt på detektorplattan  Komprimera bröst
Vinkel	60 °
Kriterier	Aktuell förändring avbildas

### **ML aktuell sida**

Position	Patienten står med framsidan mot apparaten  Patienten böjer sig fram mot detektorn och armen/axeln placeras avslappnat på detektorplattans övre kant Centrera aktuell förändring mitt på detektorplattan  Komprimera bröst
Vinkel	90 °

Kriterier	Aktuell förändring avbildas
Strålskydd	<a href="#">Strålsäkerhet</a>
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss
Övrigt	
Referenser	

## Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

## Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Jiaye Cui, (jiacu1), Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Helena Ruusvik Bergendahl, (helru1), Överläkare,  
Carina Tordsson, (carto3), Verksamhetsutvecklare

**Godkänd av:** Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-989

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-05-12

**Giltig till:** 2028-04-22