

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2026-03-13

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-03-13

Innehållsansvar: Carolina Hargeby, (carpe22), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Carolina Hargeby, (carpe22), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Metodkort




Handhavande av Philips MR 400 och IP5

Revideringar i denna version

Inga förändringar

När du har patient uppkopplad på Philips MR400 behöver du kontrollera att rätt kanal är inställd. Detta för att det finns risk att du ser en annan patients vitalparametrar om två MR400 står nära varandra och har samma kanal.

Följande kanalinställningar gäller:

<u>Plats:</u>	<u>Kanal:</u>
Sal 81	4 
Garaget Op8	5 
Apparatförråd Op 5	1 

MR Plan 1

2



Att kontrollera vid start av patient:

- Har MR400 rätt kanal? (se bild 1)
- Har saturationsmätare och telemetri rätt kanal? (se bild 2)
- Är IP5 (slavskärm) inställd på rätt kanal? (se bild 3)




bild 1



bild 2

Lampa lyser för



bild 3

Bild av IP5 där vald

Vid flytt av MR400

Ta med tillhörande Saturationsmätare och Telemetri kabel för att förväxling av kanaler inte ska ske.

Om fel kanal är inställd:

Tryck på kanalen på skärmen på MR400 eller IP5 och ändra till rätt kanal.

Ansvar

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för spridning och implementering av rutinen inom sitt verksamhetsområde. Det faller inom dennes ansvar att se till att rutinen är känd och följs av berörd personal.

Varje enskild medarbetare ansvarar för att följa rutinen i sitt arbete.

Uppföljning och utvärdering

Avvikelse från rutin hanteras i MedControl Pro.

Granskare

Tommy Ehrman, Carolina Hargeby Teknikansvarig
anestesisjuksköterska, Anestesi 5 Sahlgrenska.

Jacob Lidman, Medicinteknisk ingenjör, Medicinsk teknik Sahlgrenska,
Nastassia Hilding Werner, Avdelningslärare Anestesi 5 Sahlgrenska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carolina Hargeby, (carpe22),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Carolina Hargeby, (carpe22),
Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1088

Version: 4.0

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13