

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention,
Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Carolina Hargeby, (carpe22), Anestesisjuksköterska
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13

Nycklad kontakt sal 81

Revideringar i denna version

Leon MRI är ersatt med Servo- U MR.

Syfte

Denna rutin gäller för att säkerställa elförsörjning till nödvändig anesthesiutrustning under perioperativ MR på sal 81.

Arbetsbeskrivning

Nycklad kontakt till Servo-U MR och Pumpbur på sal 81 På sal 81 ska Servo-U MR och pumpbur ALLTID stå på laddning i särskild kontakt då strömmen bryts när MR-kameran körs in i salen. Elförsörjning sker då endast i särskilt eluttag. Om Servo-U MR och/ eller pumpbur som tillhör sal 81 behöver tas ur drift, måste låneutrustning förses med nycklad elkabel som hänger i förrådet utanför sal 81. Elkabeln är märkt med Servo-U MR och pumpbur.



N
y



Särskilt
el-uttag
för

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet. Anestesisjuksköterskan ansvarar för att arbeta efter denna rutin.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Martin Toresson, Vårdenhetschef, Anestesi 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Ulf Jern, Medtekn ingenjör, Medicinsk Teknik,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Carolina Hargeby, Teknikansvarig
anestesisjuksköterska, Anestesi 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Nastassia Hilding Werner, avdelningslärare,
Anestesi 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carolina Hargeby, (carpe22), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1296

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13