

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska
Innehållsansvar: Karin Granqvist, (kargr12), Instruktor
Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktor
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-06
Giltig till: 2028-02-06

Positionering av patient i bockat läge, Op 4

Förändring från föregående version

Nya bilder inlagda, uppdaterad information i arbetsbeskrivningen.

Förändring av arbetsgrupp.

Syfte

Rutinen syftar till patientsäker och enhetlig uppläggning vid bockat läge på operationsbord.

OBS! För sal 41 gäller följande rutin:

[Positionering integrerat robotbord sal 41, Op 4.](#)

Arbetsbeskrivning


Bockat läge går att åstadkomma på samtliga operationsbord. Detta läge används då man av operationstekniska skäl vill höja upp bäckenet eller mellangärdet för bättre åtkomst.

Patienten placeras kant i kant nertill på operationsbordet. Fråga patienten om hen har problem med ryggen eller bäckenet. Bockat läge testas innan anestesistart.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Bordet bockar i övre motorn vid njurkirurgi.



Kunskapsöversikt

Fawcett, D.L. (2019). Positioning the patient for surgery. I Rothrock, J.C. (red.), Alexanders` care of the patient in surgery. 16 uppl. ss 142–175. St. Louis, Missouri: Elsevier

Burlingame, B. L. (2017). Guideline implementation: Positioning the patient. AORN Journal, 106, (3), 227–237.

Granskare/arbetsgrupp

Kristina Lundin, Operationssjuksköterska, Operation 4, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Carina Wåhlin, Undersköterska, Operation 4, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Mia Olausson, Undersköterska, Operation 4, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Sandra Jennefalk, Instruktor/Operationssjuksköterska, Operation 4, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Karin Granqvist, (kargr12), Instruktör

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1361

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-06

Giltig till: 2028-02-06