

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-09-01

Giltig till: 2028-09-01

Skall- och ansiktsskador

Arbetsbeskrivning

Operationsläge

Ryggläge, beroende av skada

Operationsförberedelser

Kontrollera med kirurgen om önskemål inför operation: positionering galler, instrument.

Galler

Kraniogaller

MikroPower/MicroFree

Matrix 1,5 skruv och plattsystem

ev. Skruvstäd

ev. Midas Rex kraniotom MR8

ev. Näsgaller

Extra instrument

ev.1 st borrhäls Midas Rex MR8 till vuxen - kraniovagnen

ev. liten benhake

ev. Okbenselevatorium

ev. Osteotom Neivert böjd höger + vänster

ev. Orbitaplattor - finns i Sterilförrådet, E 7

ev. Titannät + långa plattor - finns i Sterilförrådet, E 7

Suturer

3/0 Vicryl - vuxen

4/0 monocryl/staples - vuxen

3/0 Vicryl rapid - barn

5/0 Vicryl rapid FS-2 – barn

ev. 5/0 Vicryl - hål på duran

Kanyler

2 st blå kanyler – vuxna

Läkemedel

Carbocain adrenalin 2.5mg/ml+2.5mkg/ml. Maxdos barn: 2 ml/kg

NaCl 9 mg/ml

ev. Tisseel tinad.

ev. Surgiflo → Ska ligga framme på kraniovagnen för att snabbt kunna plockas upp

ev. Fibrillar → Ska ligga framme på kraniovagnen för att snabbt kunna plockas upp

ev. TachoSil → Ska ligga framme på kraniovagnen för att snabbt kunna plockas upp

Övrigt

1 st kranioset

ev. 1 st ass.påse

1 st instrumentbordslakan

2 st coa.pincetter rak 15 cm + kablar

1 st diatermi SafeAir + coloradostift

2 st sugar

Tegaderm – ögonlocken perop.

Ritpinne

Lamphandtag

Mepiform - draperingen

Fräsar och borr tas upp vid behov – finns i kraniovagnen

3 st gröna tygdukar – vid foto

ev. 1 st sprayaggregat till EasySpray

ev. Benvax: Ostene

ev. 1 st Spongostan

ev. 1 fp neurotork

ev.1 st borrh till Midas Rex, vuxen/barn - finns i kraniovagnen

Apparatur

2 st Coa-comp.

1 st Monopolär diatermi. Inställning: Cut 10 - 20, Coag 10 – 20 för coloradostift

2 st kontrollenheter till MicroPower

3 st sugflaskor

1 st kontrollenhet med pedal till Midas Rex

EasySpray

Huddesinfektion

Klorhexedinlösning 1 mg/ml - ansiktet

Klorhexedinsprit 5 mg/ml - huvudet

Utspädd sprit 70% - öronen

Steril drapering

Förslag:

Narkosbågen fästes på op.bordet vid knähöjden på patienten. En arm på narkosbågen vinklas 90° ut från bordet vid huvudändan och 2 armar längs op.bordet mot fotändan.

Slitslakan, med huvudspolpåse under patientens huvud.

Op-lakan 175X173 cm tejpas ovanför munnen/över näsan och draperas över opbordet.

Op-lakan 240X148 cm läggs på vänster sida om patienten och draperas snett över narkosbågen och op.bordet.

Förband

Beroende på var förbandet ska sitta

Kranioförband

Salvkompress - över snittet

2 st Vi-Tri sårdyna - runt öronen

Omärkta kompresser

Elastisk binda

Nätmössa

Ev. NaCl-fuktiga kompresser över ögonen

Syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Bakgrund

Trauma/skada huvudregionen

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Cecilia Stålheim, operationssjuksköterska, Operation 6, An-Op-Iva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anna-Karin Ehrman, operationssjuksköterska, Operation 6, An-Op-Iva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sökord

Skallskada, ansiktsskada, trauma, plastikkirurgi, operation 6

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1484

Version: 3.0

Giltig från: 2026-09-01

Giltig till: 2028-09-01