

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare
Granskad av: Peter Larsson, (petla35), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-10

Giltig till: 2026-10-10

TIVA, TCI – anestesirutin

Förändringar sedan föregående version

240814 – Disposition ändrad, nya bilder på de nya pumpar.

Arbetsbeskrivning

Beredning

Läkemedel till planerad TIVA/TCI iordningställs enligt ordination i anestesijournalen, av anestesijusköterska- eller läkare. Sprutorna skall vara märkta med läkemedlets namn, styrka, datum, tid och signatur av den som iordningställt läkemedlet med därför avsedda etiketter. Etikett sätts så att hela etiketten syns när sprutan är monterad i pumpen.

TIVA-set med backventiler bör användas. Om inte TIVA-set används ska bärardroppets infusions slang förses med backventil.

Placering av sprutor i infusionspumpar

Propofol ska alltid placeras överst, (i förhållande till opioidinfusion), i racket eller på droppställningen.

Opioidinfusion ska placeras nedanför Propofol.



Programmering

Patientansvarig anestesijusköterska programmerar pumparna med läkemedel, vikt, eventuell ålder och kön.

Monitorering

Rekommendation: Sömn djupsmonitorering

Intravenös infart

Sätt om möjligt PVK i ett större kärl, där infarten kan inspekteras peroperativt. Om möjligt är det fördelaktigt att placera blodtrycksmanschett på motsatt arm. Vid total intravenös anestesi kan det vara gynnsamt att sätta en extra PVK som ”back-up”.

Kontroll innan anestesi start

Den anestesistjuksköterska- eller läkare som avser att starta infusionspumparna kontrollerar att sprutorna är korrekt monterade och inbördes placerade i pumparna samt att märkningen av sprutornas innehåll överensstämmer med programmeringen av pumparna.

Kunskapsöversikt

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Övergripande läkemedelsrutin An/Op/Iva 2010

Svensk läkemedelsstandard 2 017.2, Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel

Arbetsgrupp

Max Gall, teknikansvarig anestesistjuksköterska, operation 1 och 8.

Mimmi Ljungholm, teknikansvarig anestesistjuksköterska, operation 1 och 8.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare

Granskad av: Peter Larsson, (petla35), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1558

Version: 5.0

Giltig från: 2024-10-10

Giltig till: 2026-10-10