

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2026-12-19

Transport av patient till röntgen från PIVA 22 samt Postop 95 A och B

Revidering i denna rutin

240918 Förtydligande gällande övervakning av sjuksköterska på röntgen.

221109 MR-remiss och kontrollista fylls i och skickas digitalt via AGFA av remitterande läkare. Förtydligande gällande ev behov av transportrespirator.

Syfte

Säkerställa transport av patient till röntgen från PIVA 22 och Postop 95.

Arbetsbeskrivning

- Gäller vardagar och helger hela dygnet.
- Ansvarig anestesilog på PIVA 22 och Postop 95 är ytterst ansvarig för patienten även under transporten. Ansvaret kan rapporteras över till ansvarig anestesilog på röntgen/neuroanestesi-jouren.
- Vid en **akut röntgen** på grund av försämring postoperativt ska patienten övervakas av **ansvarig IVA- sjuksköterska** på röntgen. Om ansvarig IVA-sjuksköterska inte har möjlighet, överrapporteras patienten till anestesipersonal på röntgen.
- Om patienten är instabil ska ansvarig läkare på PIVA 22 och Postop 95 eller anestesijouren på plan 3 eller plan 4 kontaktas. Läkare ska bedöma behov av transportrespirator och eventuellt följa med under transporten.

- Stabila patienter som ska **kontrollröntgas** övervakas om möjligt av **ansvarig IVA-sjuksköterska** på röntgen. I annat fall överrapporteras patienten till anestesipersonal på röntgen.
- Meddela PPA på CIVA som får se över bemanningen vid resursbrist.
- Vid behov av röntgen mellan kl 21-07 inventeras bemanningen av organisationen (CIVA/PIVA 22/rtg-anestesi).
- Färdigvårdade patienter som ska till röntgen innan avdelningen körs av vaktmästare från PIVA 22 och Postop 95 till röntgen.

Förberedelser

- Ta med akutväska som finns i läkemedelsrummet på PIVA 22 och Postop 95.
- Låt patienten vara uppkopplad på X3:an för övervakning av EKG, blodtryck och saturation.
- Ta med transportabel sug, syrgas och en bärbar telefon.
- Meddela ansvarig anestesilog när du går och notera läkarens telefonnummer.
- Remitterande läkare fyller i kontrollista vid MR i AGFA systemet digitalt i samband med utfärdande av remissen.

På röntgen

- Koppla över gaserna till fasta uttag på röntgen.
- Om personal stannar inne på rummet ska man ha adekvat skyddsutrustning. Behövs inte personal på rummet vänds övervakningsmonitorn mot glasrutan.

Granskare/arbetsgrupp

Jonas Grevsten Överläkare PIVA 22 och Postop 95, AnOpIVA Omr 5 SU

Erika Wanne Instruktor PIVA 22 och Postop 95, AnOpIVA Omr 5 SU

Elisabeth Skarlöv Teknikansvarig PIVA 22 och Postop, AnOpIVA Omr 5 SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1583

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2026-12-19