

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-11-13

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2027-11-13

Granskad av: Karolina Svanfeldt Dagstan, (karsv5), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod Akustikusneurinom suboccipital bukläge

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Hjärngaller
Midas Rex MR8
Microset
Kraniektomiset
Rock standard XL
Goretexrockar

Sterilförrådet:

Acra cut
Craniotom MR8 F2/7TA23
Glassug
Handdukar
Lamphandtag
2 Kopp cylinder
Flexibel arm Leyla 2 st i samband med
ormstång och Fujita/Mizuho

Operationssal:

Benvax
Floswith
Steristrip breda
Mikroskopskydd
Spongostan & Surgicel Fibrillar plockas
av op. ssk
Hjärntork plockas av op. ssk

Extra instrument:

BSG-hakar 2 st böjda (eller stora
fiskekrokar)

	Bittång Fehling Bipolärpincett Rose Gold bred/smäl Kabel Aesculap Sug metall svart 6 st + adapter NIM-dissektor 2 mm, (lilla fina) + kabel NIM-dissektor 4 mm (Duckbill) + kabel Dissektor 45-gr om önskemål från kirurg NIM-elektroder Neurosign ref: 8227410, paired 2 channel set. Hylla P 2
Medicinteknisk utrustning:	IPC borrhkonsoll Bipolär diatermi Monopolär diatermi Mikroskop. Se under övrigt NIM
Salsplacering:	Hjärnläge
Positionering:	Bukläge med Mayfieldstöd
Anestesi:	Allmän och lokalanestesi
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml. Tisseel
Sterildrapering:	Kraniectomisat Mikroskopsskydd Asspåse till armbord/stöd
Huddesinfektion:	Förtvättas med Descutan. Steriltvätt med Klorhexidinsprit färgad 5mg/ml (försiktigt så att det inte rinner ner i örat). 70 % sprit till elektroder
Suturer:	4/0 Vicryl, RB-1 plus 3/0 Vicryl X-1 3/0 SH-1 plus 3/0 Monosof FS-1 C-14
Förband:	Huvudförband
Övrigt:	Innan steriltvätt fäster neurokirurg elektroder i patientens ansikte. Kirurg tvättar med 70% sprit och fäster elektrodena med breda steristrip. Vid bukläge, eventuellt ormstång och då på samma sida som tumören. Mikroskop. Om inget önskemål uttryckts gällande sidoocular gäller följande. Vid op på hö sida - occular på vänster sida. Vid op på vä sida - ocular hö sida.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Felipe Faundes Espinoza, Vårdenhetschef, Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annika Stephensen Sektionsledare Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolina Svanfeldt Dagstan, Operationssjuksköterska, Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Thorén, Operationsundersköterska, Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Natalie Sahlé, Operationsundersköterska, Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Granskad av: Karolina Svanfeldt Dagstan, (karsv5),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1741

Version: 7.0

Giltig från: 2025-11-13

Giltig till: 2027-11-13