

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-09-10

Innehållsansvar: Annika Malmin, (annma120), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-09-10

Granskad av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod Floating 2 Inläggning av pulsgenerator och förlängning

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Grundgaller

Universalset

Koppset

1 Rock Omlott Goretex50-80 kg

2 Omlottrock Goretex 80-110 kg

1 Rock op standard XL

Sterilförrådet:

Lamphandtag

Handdukar

Rondskål engångs

Surgilon 0 C-14

Sug enkelbockad

Operationssal:

Op-lakan

2 sprutor 10 ml

1 spruta 20 ml

2 Rosa kanyler

2 Svarta kanyler

Vit tvärslipad kanyl

Knivblad 15

Nålbox

Ringer-Acetat

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Implantat:	SCS implantat med tillbehör medtages av test sjuksköterska
Salsplacering:	Huvudet mot dörren
Positionering:	Bukläge. Vid inläggning av pulsgenerator vanligt ryggglägesbord. Patienten vänder sig själv till bukläge på sal, stor kudde under buk och armarna uppåt.
Anestesi:	Lokal
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 10 mg/ml med natriumbikarbonat (20ml + 5ml)
Sterildrapering:	Universalset
Huddesinfektion:	Descutansvamp Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Snitt:	Tidigare snitt torakalt eller lumbalt + 1 cm hjälpsnitt för tunnulering av förlängning. Rakt snitt flank/klinka för pulsgenerator.
Suturer:	Surgilon 0 C-14 Vicryl 3/0 Hudstaples
Förband:	Mepilex Border Post Op

Övrigt: I samband med positionering av patienten tas förbandet och agrafferna bort från hjälpsnittet på ena sidan, där den externa förlängningskabeln är utdragen. Knyt fast ett långt bomullsband så att kabeln lätt kan nås och dras under operationen.

Patientkort fylls i av medföljande test-sjuksköterska som även ansvarar för att allt implantat/material och tillbehör finns på operationssalen.

Patientkort, informationsfolder och programmerare skall skickas med patienten.

Klisterlappar från implantat med lot.nummer skall klistras på **Batchlista**.

Pulsgeneratorn aktiveras som regel inte på operation., dokumentera i Melior om pulsgeneratorn ej är aktiverad eller är aktiverad.

Företag: **Boston, Abbott, Medtronic, Nevro**

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Annika Stephensen Sektionsledare Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Annika Malmin, (annma120),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1757

Version: 5.0

Giltig från: 2025-09-10

Giltig till: 2027-09-10