

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-09-25

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2027-09-25

Granskad av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod Inläggning av Vagusnervstimuleringsutrustning

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Vagusnervstimulering, version 1. Ändringar under arbetsbeskrivning/Extra instrument, Implantat, suturer och övrigt.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Grundgaller
Universalset
Koppset litet
Rock standard XL
Omlottrock High perf 50-80 kg (Goretex)
Omlottrock High 80-110 kg (Goretex)

Sterilförrådet:

Lamphandtag
Handdukar
Glassug bred
Rondskål engångs
Orange tork
Vita/blå Vesselloop (kärlvagn)

Operationssal:

Slitslakan
Op-lakan
Sugslang + silikonslang
Knivblad nr 20
10 ml spruta
20 ml spruta

	Svart kanyl Vit tvärslipad kanyl Nålbox Lila kompresser NaCl 9 mg/ml Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Extra instrument:	Weitlander hake trubbig ledad 2st Gerald anatomisk pincett 2st Peang Babyheiss Peang lång böjd Ragnell sax kort Vessel Loop blå/vita Tunnelör VNS 402 Vagus protokoll Blå vessel loop
Extra instrument ev:	Malis bipolärpincett smal Langenbeck breda Glassug smal
Implantat:	VNS elektrod 3 mm - 304 VNS elektrod 2 mm -304 Pulsgenerator: SENTIVA DUO 1000D/104 Pulsgenerator: SENTIVA 1000/106
Medicinteknisk utr.	Microskop face to face el. sidoocular hö CoaComp bipolär Sug Vagus programmerare/lila fodral, apparatförrådet
Salsplacering:	Omvänt hjärnläge Mikroskop placeras vid patientens huvudända – vid fönstren
Operationsläge:	Ryggläge
Anestesi:	Allmän och lokal
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml
Sterildrapering:	Universalset Ev. Slitslakan

Huddesinfektion:	Descutansvamp 4 % Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
Snitt:	Rakt snitt ca 10cm på vänster sida av halsen Tvärsnitt ca 10cm nedanför vänster nyckelben
Suturer:	Neurolon 4/0 FS-2/Mersilene 4/0 FS-2 Vicryl 3/0 X-1 Ethilon 3/0 Vicryl Rapide 4/0 Monocryl 4/0 FS-2 För att fästa elektroden med
Förband:	Steristrip Mepilex Post op
Övrigt:	Notera om stimulatorn är påslagen eller avstängd. Vid ny-inläggning ska stimulatorn alltid vara avstängd. Samtliga lappar skall skickas till neurologmottagningen. Skickas via internpost. Kan även lämnas till sektionsledare, Annika S.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Annika Stephensen Sektionsledare Operation 5, Hybrid och intervention,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sofia Gustafsson operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och
Intervention, Omr. 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Granskad av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1783

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-25

Giltig till: 2027-09-25