

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-09-22

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2027-09-22

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod

Ventrikulocisternostomi/Fenestrering av intrakraniell cysta endoskopiskt

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Ventriculocisternostomi Endoskopiskt PX, version 1. Tillägg Fenestrering av intrakraniell cysta endoskopiskt.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:	Borrbricka Midas Rex Shuntset 1 omlottrock High perf 50-80 kg 2 Omlottrock High perf 80-110 kg Alt 2. Lotta-skop samt Lotta-instrument Alt 4. Minop Invent
Sterilförrådet:	Alt 1. Ventrikuloskopigaller MINOP (se op. anmälan) Alt 3. Pediatrisk skop med instrument OBS! Dessa system är inte kompatibla med varandra. Fiberljuskabel Handdukar

Lamphandtag

Antifog

Kameraskydd 9907

Neuroballongkateter 7CB-D10V

Vid **magnetisk navigation**, Patient

Tracker: 9734887, Stylet 9735428

(Stylet + VP-nål, alt. Babyfeedingkateter,
grön storlek 6, blå storlek 8)

Acra cut Perforator

**Ev. Elektrod monopolär till Erben,
artikelnr: GK363R + sladd GK246
Sektion D Hylla 2 i sterilförrådet**

Sug glas smal 5 mm

Operationssal:

Benvax

Uppsamlingspåse

2 infusionsaggregat

Ev. förlängning till infusionsaggregat
(finns i narkosbordet)

Flowswitch

Klorhexidinsprit 5mg/ml

Ringer-Acetate – **Använd alltid varm
Ringer-Acetate som spolvätska** (minskar
risken för imma på skopet)

Ev. VP-nål

Medicinteknisk

Utrustning:

Endoskopitornet Storz WideView

med dataskärm, i första hand, i andra hand
endoskopitorn med TV-skärm.

Coa Comp bipolar

Borr IPC

Erbeprogram:

Ventrikuloskopi 5a för bipolar.

Ventrikuloskopi 5b för monopolär.

Ev. Magnetisk navigation, se op. anmälan

Ev. Neuronavigation/optisk se op. anmälan

Salsplacering:

Hjärnläge

Endoskopitorn – placeras framför kirurgtornet, med skärmen utvikt över op.bordet

Erbe – placeras vid fotändan

Positionering:	Vanligtvis ryggläge med vakuumkudde – se op. anmälan. Ta bort mellanstycket om vakuumkudde
Anestesi:	Allmän och lokal
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml
Sterildrapering	Shuntset Uppsamlingspåse Slangstrumpa till kamera
Huddesinfektion:	Descutansvamp 4 % Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
Snitt:	Rakt snitt högerfrontalt ca 5cm eller öppen lambå
Suturer:	Vicryl 3/0 X-1 Ethilon 3/0
Förband:	Huvudförband
Övrigt:	Shuntprotokoll skrivs vid ventrikulocisternostomi

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Johanna Eriksson, Undersköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nathalie Sahlé, Undersköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Karin Thorén, Undersköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1785

Version: 7.0

Giltig från: 2025-09-22

Giltig till: 2027-09-22