

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention

Giltig från: 2024-09-23

Innehållsansvar: Karin Zachrisson Jönsson, (karza), Sektionschef

Giltig till: 2026-09-23

Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Information om strålsäkerhet till personal utanför röntgenavdelningen som utför arbete på kontrollerat eller skyddat område

Syfte

Syftet är att få rutiner för information om grundläggande strålsäkerhet för personal som del av sin arbetstid befinner sig i rum med radiologisk utrustning. Detta gäller t.ex. städpersonal och servicepersonal.

Mål

Alla som vistas i rum med radiologisk utrustning skall få information om typ av utrustning i rummet och hur man arbetar där, se Information till personal inom lokalvård på avdelning med röntgenutrustning.

De skall informeras om

Grundläggande kunskap om utrustningen i rummet. T.ex. när det finns strålning i rummet

Skyltning

Vad man skall tänka på innan man går in i rummet t.ex. lyser lampa, pratat med personalen, får man flytta utrustning

Specialutrustning

Egen säkerhet

Personal vid intervention skall informeras om man av misstag aktiverat något på manöverbordet

Relaterad information

Strålsäkerhet: Intern hemsida Sahlgrenska- vårda- strålsäkerhet

Ansvar

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Den personal som utför arbetsuppgiften är själva ansvariga för att utföra arbetsuppgifterna enligt följande rutin. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras och inträffade negativa händelser ska rapporteras i avvikelssystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har rutinansvarig sjuksköterska tillsammans med vårdenhetschef.

Granskare/arbetsgrupp

Anna Lundmark, leg röntgensjuksköterska Intervention1 Sahlgrenska

Maria Larsson, Sjukhusfysiker, Medicinsk Fysik och Teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Karin Zachrisson Jönsson, RALF Intervention 1 Sahlgrenska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention

Innehållsansvar: Karin Zachrisson Jönsson, (karza), Sektionschef

Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1791

Version: 5.0

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-23