

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Giltig från: 2025-06-18

Innehållsansvar: Johan Thorell, (johni3), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-06-17

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

# Användning av mobiltelefoni på Thoraxoperation

## Bakgrund

För att säkerställa patientsäkerheten på Thoraxoperation, där det finns mycket medicintekniska produkter och där svårt sjuka patienter vårdas, är det viktigt att personalen har fullt fokus på arbetet. I den normala arbetsmiljön förekommer det bland annat salsringningar, kallelse till rörpost, larm från patientövervak, kommunikation inom operationsteamet och annat som kan påkalla uppmärksamhet från personal. Användning av privata mobiltelefoner kan därför vara distraherande och riskera att ta fokus från det patientnära arbetet som sker på operationsavdelningen.

Mobiltelefonen kan vara en potentiell risk för smittspridning. Studier har påvisat att mobiltelefoner ofta varit kontaminerade med olika typer av mikroorganismer och även resistenta bakterier. Studier visar även att andelen personer som regelbundet rengör sina telefoner generellt är låg. I de fall detta ändå görs har ytterligare studier visat att trots rengöring är förekomst av mikroorganismer på mobiltelefoner vanligt förekommande, vilket i sin tur är en risk för att kontaktsmitta via personal till patient föreligger om inte korrekt handdesinfektion utförs mellan momenten.

Det finns även en viss risk att medicinteknisk utrustning kan påverkas av strålningen från mobiltelefoni.

## Regelverk

- Mobiltelefonen skall vara på ljudlöst utan vibration om den tas med på op-sal. Undantag ges till tjänstemobiler och bakjours-telefoner. Ingen privat användning som till exempel nyhetsläsning och sociala medier får ske inne på op-sal. Mobiltelefonen får endast användas till arbetsrelaterade uppgifter.
- Om särskilt behov av anträffbarhet föreligger och telefonsamtal krävs får avlösning ske ut från op-sal.

- Sträva efter att hålla ett säkerhetsavstånd på 0,5m från medicinteknisk utrustning (främst volympump med högdos inotropi).
- Utanför op-sal får mobiltelefon inte användas om det påverkar arbetsinsatsen, tar fokus från patientarbetet eller stör kollegor.
- Fotografering, filmning och ljudupptagning får ske i arbetsrelaterat syfte om inte sekretessen äventyras.
- Precis som övriga tag-ytor så skall mobiltelefonen desinfeceras frekvent under arbetspasset för att minska smittspridning. Handhavande av mobiltelefon skall trots detta ses som smutsigt arbete och handdesinfektion skall utföras efter och innan annat rent arbete.

## Arbetsgrupp

Johan Thorell, Vårdenhetschef, Operation 2, VE Thorax och kardiologi

Linda Thimour Bergström, Operationssjuksköterska, Operation 2, VE Thorax och kardiologi

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Johan Thorell, (johni3), Vårdenhetschef

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2596

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-06-18

**Giltig till:** 2027-06-17