

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Max Gall, (maxpe2), Anestesisjuksköterska  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-26

Giltig till: 2027-08-20

# Anestesiutrustning på sal, operation 1

## Förändringar sedan föregående version

Gäller för sal 2–9

Anestesiutrustning för Traumasal operation 1, sal 1 se separat metodkort.

## Anestesiarbetsstation

### Modulrack

1 NMT-modul + kabel  
2 tryckmoduler  
1 intellibridge-modul (EC10)

### X3

Tryckplatta för 3 tryck inkl. hållare för provtagning  
BT- manschett  
3-avlednings EKG  
Fingerprobe POX  
Tempkabel

### Narkosapparat

#### skenor narkosapparat

Hållare för andningsslangar på skena vänster sida  
Stetoskop på höger sida  
Uribag till v-sond på höger sida  
Speciell arm för Sedline sömndjupsmonitorering

### på avställningsyta/skriv yta

Intubationsbricka: kuffspruta mask 2 storlekar  
1 pkt. BIS-elektroder  
Kufftrycksmätare  
Hörlurar

### nedersta avställningsytanTryckhållarpinne

Vit hållare för tryckplatta

### skena på baksidan

Sugkatetrar (vita 3st, gröna 3st, orange 3st)  
Ledare: silver (vit) och bougieledare  
Syrgekaterar

**i luftvägslåda**

Magills tång  
tub nr 6,7 och 8, i-gel larynxmask nr 4  
syrgasmask stor  
svalgtub 3st, storlek 8, 9, 10  
nästup st, nr 26 och 32  
tandskydd-Dentasafe  
bomullsband  
tuggbuss 2 storlekar  
kopplingsstycke ("dragspel")  
spatel 2st  
vaseline, xylocaingel  
patientnära filter

**Narkosbord**

Innehåll enligt separat innehållsförteckning.

**Pumprack**

Övertrycksmanschett 1st  
Volympump 1st (överst i rack)  
Sprutpump 2st  
TIVA/TCI-pumpar 2st (längst ner i rack)

**Patientvärme-system**

Equator + Täckes på **alla** salar

**Blodvärmare**

1st standardaggregat till ranger

**Hylla på väggen/bänk**

Laryngoscopladdare, ett nr 3 och ett nr 4  
Visir  
munskydd IIR  
tvättlappar och ytdesinfektion 75+  
Etikettpärm  
Journalblad, narkoskurvor, blod-  
plasmatomocytblad

Koldioxidabsorber  
Portabel bladderscan på sal 5 och 6

**Syrgasvagn**

3L syrgasflaska  
syrgasslang  
handventilator (Ruben) engångs

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Max Gall, (maxpe2), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2838

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-08-26

**Giltig till:** 2027-08-20