

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Max Gall, (maxpe2), Anestesisjuksköterska  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-26

Giltig till: 2027-08-20

# Anestesiutrustning på sal, operation 8

## Förändringar sedan föregående version

Gäller för sal 82-85

Anestesiutrustning för Traumasal operation 8, sal 86 se separat metodkort.

## Anestesiarbetsstation

### Modulrack

1 NMT-modul + kabel  
2 tryckmoduler  
1 intelliBridge-modul (EC10)

### X3

tryckplatta för 3 tryck inkl. hållare för provtagning  
BT- manschett  
3-avl EKG  
Fingerprobe POX  
tempkabel  
**Sal 82** öron-POX, 5 avlednings-EKG

### Narkosapparat

#### skenor narkosapparat

Hållare för andningsslangar på skena vänster sida  
stetoskop på höger sida  
Uribag till v-sond på höger sida

### på avställningsyta/skriv yta

Intubationsbricka: kuffspruta mask 2 storlekar  
1 paket Sedline elektroder  
Kufftrycksmätare  
Hörselskydd  
**Sal 83** även spiraltub nr 7 och 8

### nedersta avställningsytan

Tryckhållarpinne  
**Sal 82,83,86** även kort tryckhållarpinne  
Vit hållare för tryckplatta  
2 klovar för fäste på kolfilterplatta

### skena på baksidan

sugkatetrar (vita 3st, gröna 3st, orange 3st)  
ledare: silver (vit) och bougieledare  
syrgaskatetrar  
Sedline + sladd alla salar

<b>i luftvägslåda</b>	Magills tång tub nr 6,7 och 8, i-gel larynxmask nr 4 syrgasmask stor svalgtub 3st, storlek 8, 9, 10 nästub 2st, nr 26 och 32 tandskydd-Dentasafe bomullsband tuggbuss 2 storlekar kopplingsstycke ("dragspel") spatel 2 t vaseline, xylocaingel patientnära filter
<b>Narkosbord</b>	Innehåll enligt separat innehållsförteckning.
<b>Pumprack</b>	Övertrycksmanschett 1st Volympump 1st <b>sal 82 2st</b> (överst i rack) Sprutpump 2st TIVA/TCI-pumpar 2st (längst ner i rack)
<b>Patientvärme-system</b>	Equator + Täcke på <b>alla</b> salar <b>sal 82</b> Astopad värmemadrass + 2st orange täcken <b>Sal 83 och 85</b> Hot Dog.
<b>Blodvärmare</b>	1st standardaggregat <b>Sal 82</b> ska blodvärmare vara el- och luftinkopplad samt Högflödesset till Ranger ska finnas + grov förläningsladd.
<b>Hylla på väggen/bänk</b>	Laryngoscopladdare med blad nr 3 o 4 Visir 3–4 st, på krokar under bänken Munskydd IIR Tvättlappar och ytdesinfektion 75+ Etikettpärm Journalblad, narkoskurvor, blod- Plasmatrombocytblad Koldioxidabsorber <b>Sal 82</b> Hemochron inkl kuvetter, glöm ej datum.
<b>Ultraljud</b>	Sonosite, sterila strumpor, gel och ytdesinfektion
<b>C-MAC</b>	Alla salar. Dubbelskärm <b>sal 83 + sal 85</b>
<b>Stickvagn</b>	<b>1 vagn för kärlaccess + 1 tom vagn sal 82</b>
<b>Syrgasvagn</b>	3L syrgasflaska syrgasslang handventilator (Ruben) engångs

### Placering utrustning sal 82

Narkosbord	mot MR-dörren bredvid bänken
Infusionsvagn	på höger sida nedanför narkosapparat
Blodvärmare	bakom Pheno,
Equator	bakom Pheno
Strålskyddsskärm	bakom Pheno
Hjärt pall	under bänken
C-MAC	mot väggen vid "lilla" ingången
Syrgasvagn	vid bänken
Ultraljud	mot väggen vid "lilla" ingången
Stick-vagn	mot MR-dörren

### Placering utrustning sal 83

Narkosbord	Vid sidan om Pheno
Infusionsvagn	på höger sida nedanför narkosapparat
Blodvärmare	bakom Pheno
C-MAC	bakom Pheno
Equator	bakom Pheno
Strålskyddsskärm	bakom Pheno
Hjärt pall	under bänken
Syrgasvagn	vid bänken
Ultraljud	mot väggen nedanför fönster mot granskningsrummet

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Max Gall, (maxpe2), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2839

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-08-26

**Giltig till:** 2027-08-20